

Od: DCM DOLMED S.A., fax 71 77-11-708, zaopatrzenie@dolmed.pl  
Do: **Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - DIG.290.4.2016**  
Data: 29/11/2016  
L. dz. 8454 /2016

Ilość stron: 2

## **WYJAŚNIENIA / ZMIANA TREŚCI SIWZ**

przedmiot postępowania: **dostawa odczynników immunochemicznych oraz do chemii klinicznej wraz ze sprzętowym zabezpieczeniem automatycznego wykonywania oznaczeń**  
tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Zamawiający udziela wyjaśnień na otrzymane w toku postępowania zapytania:

### **Pyt.1**

Par. 3 ust.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

**Patrz pyt.11**

### **Pyt.2**

Par. 3 ust.7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „12 miesięcy” na „3 miesięcy”?

**Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.**

### **Pyt.3**

Par. 4 ust.1 i 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni?

**Patrz pyt.9**

### **Pyt.4**

Par. 6 ust. 3 pkt 1). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 100zł ?

Uzasadnienie:

Kara umowna powinna być określona w sposób ścisły i konkretny, a nie być każdorazowa ustalana przez Zamawiającego jednostronny oświadczeniem woli.

**§ 6 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie:**

**„Za przekroczenie terminów, o których mowa w §3 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 oraz §4 ust. 1 i 3 umowy,**

**Zamawiający może:**

- 1). naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień po upływie danego terminu, albo**
- 2). zlecić wykonanie oznaczeń innemu podmiotowi i obciążyć Wykonawcę kosztami zlecenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.”**

### **Pyt.5**

Par. 6 ust. 3 pkt 2). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie kar umownych?

Uzasadnienie:

Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.

**Patrz pkt 4**

### **Pyt.6**

Par. 6 ust.4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

**§ 6 ust. 4 umowy otrzymuje brzmienie:**

**„W razie niewywiązania się przez Wykonawcę ze zobowiązań wynikających z §3 ust. 3 umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 200 zł za każde niewywiązanie się z obowiązku.”**

### **Pyt.7**

Par. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

**Wszystkie zapisy dotyczące kar przewidują możliwość ich zastosowania, a nie ich obligatoryjne nałożenie. W związku z powyższym Zamawiający nie widzi potrzeby dodawania zaproponowanego zapisu.**

**Pyt.8**

Par. 7. Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta została z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

**Stosowne porozumienie w kwestii ochrony danych osobowych zostanie zawarte w razie potrzeby przy podpisywaniu umowy przetargowej, na podstawie wspólnie przyjętych postanowień, zgodnych z obowiązującym porządkiem prawnym.**

**Pyt.9**

Prosimy o wyrażenie zgody na realizację dostaw częściowych w terminie 3-4 dni roboczych od złożenia zamówienia.

**Wprowadza się następujące zmiany:**

**Realizacja dostaw częściowych w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia (dot. pkt I.2.6 SIWZ i § 4 ust. 1 umowy).**

**Realizacja wymiany wadliwego towaru na nowy, wolny od wad, w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji (dot. § 4 ust. 3 umowy).**

**Pyt.10**

Dot. zał. wymagania minimalne Lp 13. Prosimy o potwierdzenie, że wymagana liczba miejsc na odczynniki na pokładzie dotyczy łącznej liczby miejsc dla oferowanego rozwiązania.

**Tak**

**Pyt.11**

Dot. zał. wymagania minimalne Lp 28. Prosimy o wyrażenie zgody by maksymalny czas dostawy i instalacji sprzętu wynosił do 3 tygodni od zawarcia umowy.

**Wprowadza się następującą zmianę:**

**Maksymalny czas dostawy i instalacji sprzętu: do 3 tygodni od zawarcia umowy (dot. § 3 ust. 1 umowy oraz pkt 28 i 55 załącznika nr 4 do SIWZ).**

**Pyt.12**

Czy w celu uniknięcia błędów i incydentów medycznych Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4 i fT3 posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów?

**SIWZ nie precyzuje takiego wymogu. Zaproponowane rozwiązanie jest jednak mile widziane.**

**Pyt.13**

Ze względu na posiadanie w ofercie kilku rodzajów testów do oznaczania beta-HCG o różnych wskazaniach diagnostycznych prosimy o wyjaśnienie i uściślenie, czy Zamawiający zamierza stosować test b-HCG wyłącznie jako test ciążowy, czy także jako marker chorób trofoblastu oraz nowotworów produkujących HCG?

**Zamawiający zamierza stosować test b-HCG jako test ciążowy oraz do diagnostyki chorób trofoblastu i nowotworów produkujących HCG.**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **06.12.2016 do godz. 10.00.**

Termin otwarcia ofert: **06.12.2016, godz. 10.05**

Powyższe wyjaśnienia stanowią równocześnie zmianę treści SIWZ zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy Pzp.

PREZES

Marek Moszczyński