

Od: DCM DOLMED S.A., fax 71 77-11-708, zaopatrzenie@dolmed.pl
Do: **Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - DIG.290.1.2017**
Data: 10/04/2017
L. dz. 3087 /2017

Ilość stron: 3

WYJAŚNIENIA / ZMIANA TREŚCI SIWZ

przedmiot postępowania: **dostawa produktów leczniczych i artykułów aptecznych**
tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Zamawiający udziela wyjaśnień na otrzymane w toku postępowania zapytania:

Pyt. 1

Dotyczy: zadanie 1, poz. 344

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Diflos 60 o równoważnym działaniu?

Diflos 60 posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane żywe bakterie *Lactobacillus rhamnosus* GG (ATCC 53103).^(*)

Produkt Diflos 60 (opakowanie – 20 kapsułek) zawiera w jednej kapsułce 1,2 mld mikroenkapsulowanych bakterii LGG, co odpowiada skuteczności 6 mld bakterii liofilizowanych.

Zamawiający dopuści zaoferowany produkt, jeżeli będzie on spełniał wymagania określone w punkcie I.3.3 SIWZ, ocena po złożeniu ofert.

Pyt. 2

Dotyczy: zadanie 1, poz. 345

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Diflos o równoważnym działaniu?

Diflos posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane żywe bakterie *Lactobacillus rhamnosus* GG (ATCC 53103).^(*)

Produkt Diflos (krople, opakowanie – 5ml) zawiera w pięciu kroplach 1 mld mikroenkapsulowanych bakterii LGG, co odpowiada skuteczności 5 mld bakterii liofilizowanych.

Dawkowanie standardowe jak w innych produktach tego typu (np. Dicoflor krople) np. 5 kropli w trakcie antybiotykoterapii.

Zamawiający dopuści zaoferowany produkt, jeżeli będzie on spełniał wymagania określone w punkcie I.3.3 SIWZ, ocena po złożeniu ofert.

Pyt. 3

Dotyczy: zadanie 1, poz. 432

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Diflos o równoważnym działaniu?

Diflos posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane żywe bakterie *Lactobacillus rhamnosus* GG (ATCC 53103).^(*)

Produkt Diflos (krople, opakowanie – 5ml) zawiera w pięciu kroplach 1 mld mikroenkapsulowanych bakterii LGG, co odpowiada skuteczności 5 mld bakterii liofilizowanych.

Dawkowanie standardowe jak w innych produktach tego typu (np. Dicoflor krople) np. 5 kropli w trakcie antybiotykoterapii.

Zamawiający dopuści zaoferowany produkt, jeżeli będzie on spełniał wymagania określone w punkcie I.3.3 SIWZ, ocena po złożeniu ofert.

Pyt. 4

Dotyczy: zadanie 1, poz. 716

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Diflos 60?

Diflos 60 posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane żywe bakterie *Lactobacillus rhamnosus* GG (ATCC 53103).^(*)

* Technologia mikroenkapsulacji uznawana jest za przyszłość produkcji probiotyków. Bakterie dzięki tej technologii efektywniej kolonizują jelito ponieważ dzięki specjalnej otoczce są bardziej odporne na działanie zewnętrznego otoczenia (wilgotności, kwasowości, ciśnienia osmotycznego, tlenu i światła). Badania naukowe wykazują, że 1 miliard mikroenkapsulowanych żywych bakterii LGG ma taką samą skuteczność kolonizacji jak 5 miliardów liofilizowanych bakterii LGG. Mikroenkapsulacja pozwala na zmniejszenie ilości bakterii, zwiększenie bezpieczeństwa stosowania oraz na wydłużenie terminu przydatności do użycia.

Produkt Diflos 60 (opakowanie – 20 kapsułek) zawiera w jednej kapsułce 1,2 mld mikroenkapsulowanych bakterii LGG, co odpowiada skuteczności 6 mld bakterii liofilizowanych.

Zamawiający dopuści zaoferowany produkt, jeżeli będzie on spełniał wymagania określone w punkcie I.3.3 SIWZ, ocena po złożeniu ofert.

Pyt. 5

Czy w pakiecie nr 1 poz. 733 (Nebbud zaw. do do nebul. 0,25mg/ml, 20 amp a 2ml) oraz pakiecie nr 2 poz. 29, 30 i 31 (Pulmicort zaw. do inh. z neb 0,250; 0,125 i 0,500 mg/ml, 2ml 20 szt. zawiesina do inhalacji 0,125 ; 0,5 i 0,25 mg/ml) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?

Zamawiający nie przewiduje takiego wymogu.

Pyt. 6

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 733 (Nebbud zaw. do do nebul. 0,25mg/ml, 20 amp a 2ml) oraz pakiecie nr 2 poz. 29, 30 i 31 (Pulmicort zaw. do inh. z neb 0,250; 0,125 i 0,500 mg/ml, 2ml 20 szt. zawiesina do inhalacji 0,125 ; 0,5 i 0,25 mg/ml) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin ?

Zamawiający nie przewiduje takiego wymogu.

Pyt. 7

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 733 (Nebbud zaw. do do nebul. 0,25mg/ml, 20 amp a 2ml) oraz pakiecie nr 2 poz. 29, 30 i 31 (Pulmicort zaw. do inh. z neb 0,250; 0,125 i 0,500 mg/ml, 2ml 20 szt. zawiesina do inhalacji 0,125 ; 0,5 i 0,25 mg/ml) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?

Zamawiający nie przewiduje takiego wymogu.

Pyt. 8

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 733 (Nebbud zaw. do do nebul. 0,25mg/ml, 20 amp a 2ml) oraz pakiecie nr 2 poz. 29, 30 i 31 (Pulmicort zaw. do inh. z neb 0,250; 0,125 i 0,500 mg/ml, 2ml 20 szt. zawiesina do inhalacji 0,125 ; 0,5 i 0,25 mg/ml) wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ?

Zamawiający nie przewiduje takiego wymogu.

Pyt. 9

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego uprzejmie prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na inny rodzaj testów paskowych do glukometrów wraz z nieodpłatnym użyczeniem kompatybilnych glukometrów - pozytywna decyzja pozwoli nam na złożenie oferty na wysokiej klasy sprzęt medyczny, spełniający normę ISO 15197, posiadający certyfikat CE, znajdujący się w wykazie wyrobów med. refundowanych przez NFZ.

Zamawiający wyjaśnia, iż zakup wymienionych pasków testowych realizowany jest na rzecz bliżej nieokreślonych klientów apteki DOLMED, posiadających na własny użytek całą gamę glukometrów różnych producentów. W związku z powyższym nie jest uzasadnione nabycie do ogólnodostępnej apteki jednego określonego rodzaju testu paskowego, który będzie nieodpowiedni dla większości glukometrów znajdujących się w domowym posiadaniu potencjalnych klientów. Zamawiający nie wyraża zatem zgody na zmianę rodzaju pasków na proponowane przez Wykonawcę oraz zaoferowanie glukometrów.

Prosimy także o wydzielenie do oddzielnego pakietu pasków testowych do glukometrów :

Pakiet nr 1, poz. 25 Accu-Chek Active test pask. 50 pasków op. 800

Pakiet nr 1, poz. 103 Ascensia Entrust test pask. 50 pasków op. 100

Pakiet nr 1, poz. 282 Contour TS test pask. 50 pasków op. 400

Pakiet nr 1, poz. 332 Diagnostic Gold Strip test pask. 50pask. op. 500

Pakiet nr 1, poz. 474 Glucocard Vital Test Strip testpask. 50pask. op. 100

Pakiet nr 1, poz. 479 Glucosense - enzymat. test pask. * 50szt op. 100

Pakiet nr 1, poz. 568 Ixell Paski testowe do glukometru 50 szt. op. 300

Pakiet nr 1, poz. 802 One Touch Select test pask. 50 pasków op. 900

Pakiet nr 1, poz. 822 Optium XIDO test pask. 50 szt. op. 300

Ze względów logistycznych Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pyt. 10

Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym DIG.290.1.2017, w pakiecie (zadaniu) Pakiet nr 1, w pozycji 392 dotyczącej „Enterol 250 kaps. 0.25 g 10 kaps.” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin Enteric x 15 kapsulek producenta Novascon Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy. Pozwoli to naszej firmie złożyć - poprzez współpracujące z nami hurtownie - konkurencyjną ofertę, a Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej dla Szpitala oferty, spośród większej liczby Wykonawców.

Zamawiający dopuści zaoferowany produkt, jeżeli będzie on spełniał wymagania określone w punkcie I.3.3 SIWZ, ocena po złożeniu ofert.

Pyt. 11

Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym DIG.290.1.2017, w pakiecie (zadaniu) Pakiet nr 1, w pozycji 345 dotyczącej „Dicoflor w kroplach d/niemowląt i dzieci 5 ml” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin krople 5 ml producenta Novascon Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy. Pozwoli to naszej firmie złożyć - poprzez współpracujące z nami hurtownie - konkurencyjną ofertę, a Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej dla Szpitala oferty, spośród większej liczby Wykonawców.

Zamawiający dopuści zaoferowany produkt, jeżeli będzie on spełniał wymagania określone w punkcie I.3.3 SIWZ, ocena po złożeniu ofert.

Pyt. 12

Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym DIG.290.1.2017, w pakiecie (zadaniu) Pakiet nr 1, w pozycjach 344, 602, 716 oraz 1182 dotyczących „Dicoflor 60 kaps. 20 kaps./Lacidofil kaps. 20 szt./Multilac kaps. 10 kaps./Trilac Plus kaps. twarde 10 kaps.” dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsulek lub Floractin Box x 300 (20 blistrów x 15 kapsulek – z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania) producenta Novascon Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy. Pozwoli to naszej firmie złożyć - poprzez współpracujące z nami hurtownie - konkurencyjną ofertę, a Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej dla Szpitala oferty, spośród większej liczby Wykonawców.

Zamawiający dopuści zaoferowany produkt, jeżeli będzie on spełniał wymagania określone w punkcie I.3.3 SIWZ, ocena po złożeniu ofert.

Pyt.13

Dotyczy pakietu 1, pozycja 822:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z Pakietu nr 1 pozycję 822 tj. Optium XIDO test pask, do osobnego Pakietu np. Pakiet nr 1A?

Uzasadnienie: jako producent pasków, w obecnym kształcie SIWZ nie jesteśmy dopuszczeni do przetargu albowiem w naszej ofercie nie posiadamy wszystkich pozostałych wyrobów z tej grupy. Jednocześnie nadmieniam, że jako producent ww pasków gwarantujemy najniższą ich cenę.

Patrz pyt. 9

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 prosimy o wydzielenie osobnej kwoty wadium dla nowo powstałego pakietu.

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie dla pakietu 1 pozycji 822, zapisu projektu umowy - dotyczącego terminu dostaw „na ratunek” z uwagi na fakt, że paski do glukometru nie są produktami dostarczającymi na ratunek życia?

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

PREZES ZARZĄDU

Marek Moszczyński